




AZIENDA OSPEDALIERA
"Pugliese Ciaccio"
Catanzaro




REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

U.O.C. FARMACIA

Il Direttore di Farmacia ad interim

Dott.ssa Adele De Francesco



- Al Direttore Sanitario Aziendale
- Al Direttore Sanitario di Presidio Pugliese
- Al Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: riscontro richiesta di acquisto di sistema per discectomia percutanea con tecnologia laser per il trattamento delle protrusioni discali e delle ernie discali contenute.

Per come previsto dal DCA 137/215 si trasmette, in allegato, per il relativo parere di competenza, la richiesta di acquisto per come in oggetto, pervenuta a firma del dott. Giuseppe Mauro della SOC di Neurochirurgia e del Dott. Destito Domenico Direttore del Dipartimento di Neuroscienze.

Il Responsabile del Procedimento

Maurizio Trapasso

Il Direttore ad interim dell'U.O. C. di Farmacia

Dott.ssa Adele De Francesco



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AOU Renato Dulbecco
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0047824 del 11/11/2024



* 0 0 0 1 0 6 0 1 4 3 *

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"R. DULBECCO" CATANZARO
DIPARTIMENTO di NEUROSCIENZE e ORGANI di SENSO
U.O. NEUROCHIRURGIA



REGIONE CALABRIA

*Me M...
Pe S...
di sp...
aut...
07/02*

Al Direttore Area Acquisizione Beni e Servizi


AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Renato Dulbecco"
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Mantella

Oggetto: Richiesta di acquisto di sistema per discectomia percutanea con tecnologia laser per il trattamento delle protrusioni discali e delle ernie discali contenute.

Alla luce delle recenti evidenze scientifiche che favoriscono trattamento mininvasivo dell'ernia discale abbiamo adottato nella nostra SOC trattamento percutaneo laser, ottenendo ottimi risultati per i pazienti.


Al fine di garantire la continuità assistenziale dei pazienti chiediamo l'acquisto di sistema di discectomia percutanea laser con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Il sistema deve prevedere Kit per il trattamento percutaneo delle ernie discali con energia laser che comprenda le tecniche innovative che sfruttano l'energia fornita da un laser a diodi (lunghezza dell'onda 980nm), che permette il trattamento delle ernie cervicali e lombari attraverso settaggi già preimpostati nel sistema ma con la possibilità di essere modificati a discrezione dell'operatore.
- Il sistema deve avvalersi della tecnologia che sfrutta una fibra ottica con una punta a conformazione cupoliforme che consente di concentrare l'energia emessa in un'area ben definita e deve prevedere la modalità di emissione dell'energia attraverso gruppi di micro-pulsazioni.



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"R.DULBECCO" CATANZARO
DIPARTIMENTO di NEUROSCIENZE e ORGANI di SENSO
U.O. NEUROCHIRURGIA



REGIONE CALABRIA

AOU Renato Dulbecco
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0047824 del 11/11/2024



* 0 0 0 1 0 6 0 1 4 3 *

La fornitura dovrà essere composta da kit monouso aventi le seguenti caratteristiche minime:


- Ago introduttore da 18 gauge per il lombare e 21 gauge per il cervicale
- Fibra in silicio avente punta di forma emisferica tale da permettere la diffusione ad arco dell'energia a partire dalla punta stessa.
- Connettore ad Y
- Tubo annesso per la fuoriuscita dei vapori

Azienda Ospedaliero-Universitaria
"Renato Dulbecco" Catanzaro
Direttore SOC di Otorinolaringoiatria
Presidio "A. Pugliese"
Dott. Domenico Destito
Isocr. Ord. N°4529/CZ

AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE-CIACCIO"
CATANZARO
S.O.C. NEUROCHIRURGIA
Dr. Giuseppe Di Iorio

In Fede

Dott. SSA



REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE-CIACCIO"
CATANZARO
DIPARTIMENTO di NEUROSCIENZE ed ORGANI di
SENSO
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI NEUROCHIRURGIA
Direttore F.F. dr. Giuseppe Mauro



Catanzaro, 19/11/2024

AOU Renato Dulbecco
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0050710 del 27/11/2024

Alla cortese attenzione di
Responsabile SOC Acquisizione Beni e Servizi



OGGETTO: richiesta acquisto sistema percutaneo con tecnologia laser per trattamento di protrusione discale lombare e cervicale (protocollo numero 0047824 del 11/11/2024)

Ad integrazione della richiesta in oggetto (protocollo numero 0047824 del 11/11/2024) si specifica che si richiede un quantitativo annuo di 80 aghi per procedura lombare e 20 aghi per procedura cervicale (totale 100).

In fede
Dr. Giuseppe Mauro
Direttore SOC Neurochirurgia.

Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio"
Catanzaro/S.O.C. Neurochirurgia
Direttore Dr. G. Mauro