

CHIARIMENTI

16 - DOMANDA:

1. A garanzia della chiusura a tenuta ermetica della busta, prevista dalla ADR (istruzioni P650-P620) ed in considerazione anche dei liquidi tossici che questi contenitori devono trasportare, SI CHIEDE di confermare che il requisito fondamentale di tenuta ermetica debba essere dimostrato con la certificazione di Ente Terzo e che tale certificazione sia da allegare alla documentazione di gara.
2. SI CHIEDE di confermare, in applicazione dei requisiti di "prevenzione delle ferite da taglio nel settore ospedaliero e sanitario" in conformità alla Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010, attuato con D.Lgs. n.19 del 19/02/2014, che le buste debbano prevedere l'apertura facilitata senza uso di taglienti mantenendo comunque la caratteristica obbligatoria di contenimento (tenuta ermetica). Per tale requisito e la reale facilità di apertura SI CHIEDE che venga richiesta e valutata la campionatura ai partecipanti per il solo lotto 1.
3. In ottemperanza ai regolamenti sulla tracciabilità delle preparazioni chemio-blastiche, SI CHIEDE di confermare che ogni busta debba essere dotata di codice univoco a barre.
4. SI CHIEDE di confermare che è richiesta tasca portadocumenti su ogni busta
5. SI CHIEDE di specificare il numero di consegne annue previste o se la consegna debba essere fatta in una unica soluzione.

RISPOSTA:

1. Si conferma che con "sistema di chiusura che garantisca la completa tenuta per un trasporto in sicurezza" è richiesta certificazione di da Ente Terzo per il requisito fondamentale della chiusura a tenuta ermetica.
2. Le buste devono prevedere l'apertura facilitata senza l'uso di taglienti, in applicazione dei requisiti di "prevenzione delle ferite da taglio nel settore ospedaliero e sanitario" ed in conformità alla Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010 attuato con D.L.gs n.19/02/2014.
3. Non è indispensabile che la busta sia dotata di codice a barre.
4. Si conferma che ogni busta deve essere dotata di tasca portadocumenti.
5. Le richieste e consegne dei prodotti verranno effettuate in somministrazione, in base alle esigenze del servizio.

17 - DOMANDA: Con riferimento all'art. 7.2 e art. 7.3 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che la comprova del requisito fornita in aderenza all'art. 100 del D.Lgs 36/2023 dovrà essere dimostrata in sede di eventuale aggiudicazione e non in sede di gara.


RISPOSTA: Si precisa che la comprova dei requisiti speciali, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 36/2023, l'idoneità professionale e la capacità economica e finanziaria sono requisiti da dimostrare in sede di gara mediante il DGUE nella sezione dedicata.

18 – DOMANDA: si richiede se la presentazione di un tappeto decontaminante di colore blu, sia causa di esclusione. grazie

RISPOSTA: Il colore blu del tappeto non è causa di esclusione.

19 – DOMANDA: si chiede di confermare che i due decimali sono considerati solo per l'importo totale, e non per il prezzo unitario dei DM.

RISPOSTA: Si precisa che i due decimali richiesti non vengono considerati solo ed esclusivamente per l'importo totale ma anche per il prezzo unitario del singolo prodotto.

Il RUP
Dott. Paolo Tripodi

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco"
PROVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Il Dirigente
Dott. Paolo Tripodi