



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA  
"Pugliese Ciaccio"  
Catanzaro



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

**BANDO ESPLORATIVO N. 74 del 17.06.2019**  
**PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA**  
**PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA " Sistema Allen torre irrigazione "**  
**Scadenza 27.06.2019 , Fasc. 74/2019 Urologia Blocco Operatorio ;**

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti - rispetto al dispositivo conosciuto e di seguito indicato – aventi specifiche tecniche "equivalenti" a quelle sotto descritte:

- 1.denominazione dispositivo medico conosciuto: **"Sistema Allen torre irrigazione "** ,
2. indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico : "per migliorare la manipolazione delle sacche di irrigazione durante le attività endoscopiche visto il numero in aumento, degli interventi chirurgici endoscopici urologici ed al fine di essere in regola con le ultime linea guida della sicurezza sul lavoro ",
- 3.descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dal dispositivo, che consentono di soddisfare le esigenze sopra indicato : Torre per irrigazione porta sacche con sollevamento assistito, dotato di quattro agganci indipendenti in grado di sopportare 10.000 cc cadauno x compl. 40 litri altezza variabile da 168 cm a 259cm;
- 4.denominazione del produttore Allen - fornitore Orthomed ;

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un dispositivo avente caratteristiche funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire entro giorno 27.06.2019 un plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'indirizzo sotto indicato: Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio", Via Vinicio Cortese, 10 – 88100 Catanzaro Sul plico dovrà essere indicato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i.
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse a bando esplorativo n 74 17.06..2019;

Il plico dovrà contenere:

1. Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
2. Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei DM.;
3. Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche del dispositivo ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico ((D.Lgs. 50/2016, art. 68 c. 6) ), esplicitiva e dettagliata;
4. Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;
- 5.-Costo unitario presunto (desunto dal listino ) **da allegare** ;
6. Consumo annuale previsto pezzi 2 .

Punto Istruttore  
Vitaliano Marino

Responsabile del Procedimento  
dott. Sergio Chiatolla

Email [vmarino@aocz.it](mailto:vmarino@aocz.it) tel 0961-883575 fax 0961-88350

Via Vinicio Cortese, 25 – 88100 Catanzaro – Tel. + 39 961/

Fax +39 961/

e-mail: @aocz.it

P.Iva/CF: 01991520790